ANEXO CONVOCATORIA

97/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Equipo purificador de agua por ósmosis inversa que cumpla con las siguientes características: - 20-30 litros /hora de agua tipo Ii Calidad HPLC Iónico - 0.05 µS/cm de salida - Filtro microbiológico de 0.01 µm Indicar garantía y provisión de consumibles. Adjuntar folleto informátivo	