CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1

Tipo: Aclaratoria

Fecha: 08/02/2018

Organismo contratante: Universidad Nacional de Entre Ríos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Concurso Privado 9/2017

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP : RECT-UER:0001203/2017

Rubro comercial: EQUIPOS

Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema integrado de alimentación y regulación de gases para el Proyecto D-TEC 0019-2013 Componente 3

DESCRIPCIÓN

Se realizan las siguientes aclaraciones técnicas del Anexo de la Convocatoria Nº 9/2017:

Características generales:

El sistema Integrado de alimentación y regulación de gases es solicitado para el correcto funcionamiento de los siguientes equipos cromatográficos del Laboratorio de Investigación de Residuos en Alimentos:
- LC-MS-MS -Triple cuadrupolo Agilent 6430,
- Cromatógrafo Gaseoso Agilent 6890 con Detector selectivo de Masas MS 5973 e Inyector de Temperatura y Presión controlada-PTV,
- Cromatógrafo Gaseoso Agilent 6890 con Detectores de Nitrógeno-Fósforo y micro Captura de Electrones.
- Sistema para Cromatografía Iónica DIONEX Mod. ICS-5000.

Especificaciones Técnicas:

El sistema deberá contener los siguientes componentes:
- Un (1) Regulador de presión para Helio,
- Un (1) Regulador de presión para Hidrogeno,
- Un (1) Regulador de presión para Aires Cromatográfico,
- Un (1) Regulador de presión para Nitrógeno N50,
- Un (1) Regulador de presión para Nitrógeno N40, y
- Conexiones, flexibles y caños de cobre necesarios para el funcionamiento del Sistema Integrado de alimentación ininterrumpida.

- Rango de presión de salida: 0 a 125 psi.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES