ANEXO CONVOCATORIA

52/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	El Datalogger debe contar con las siguientes especificaciones técnicas: Portátil, alimentado mediante baterías, con lectura enteramente digital. Con las siguientes especificaciones particulares: Precisión: a 25°C, ±0,4% de la lectura ±3 cuentas en el ultimo dígito significativo (para todos los rangos). Entre 0 - 55°C: ±0,6% de la lectura ±3 digitos en el último dígito significativo (para todos los rangos). Selección de Rango: Automático (3 rangos). Linealidad: ±0,05% Sensores: Puede utilizar cualquier sensor cuantométrico, de los tipos "SA" o "SB", equipados con conector BNC. Calibración del Sensor: multiplicadores de calibración para dos sensores pueden ser almacenados en memoria. El factor de calibración se ingresa desde el teclado. La salida del sensor puede ser tomada y mostrada como el promediado durante 15 segundos. Los promedios son retenidos en el modo "HOLD" para tenerlos en el display. Display: 4 1/2-digitos LCD. Actualizados cada 0.5 segundos en modo instantáneo. Teclado tactil de 5 teclas. Duración de la batería: 150 horas tipicamente, con operación continua. Requisitos de alimentación: 9V Indicación de batería baja: cuando quedan aproximadamente 20 horas de carga en la batería. Condiciones de operación: 0 a 55°C, 0 a 95% RH (no condensado). Condiciones de almacenamiento: -55 a 60°C, 0 a 95%RH (no condensado). -Dimensiones : -* Tamaño: 14.0 cm x 7.7 cm x 3.8 cm (alto x ancho x profundidad). -* Peso: 0.26 kg.	