

ANEXO CONVOCATORIA

685/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Cámara de muestra, polarizados y analizador Medición por rotación óptica en 2 cuadrantes (0-180°) Tubos de 100 y 200 mm División de escala de 1° Legibilidad 0.05° Que incluya tubos polarímetros y accesorios	