

ANEXO CONVOCATORIA

27/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Carro de emergencias o carro de paro, en material ABS termoformado, con estructura metálica. Bandeja superior para medicamentos con cierre de seguridad, bandeja porta desfibrilador. 4 cajones como mínimo. Medidas aproximadas: alto 93cm, Frente 60cm, Fondo: 54cm.	
2	Desfibrilador con monitor de ECG y registrador gráfico en una sola unidad portátil con alojamiento de paletas integrados al gabinete. Pantalla LCD con acceso directo a funciones de monitorización y desfibrilación desde teclado digital y desde paletas de desfibrilación. Monitorización de tres derivaciones de ECG desde electrodos o paletas de desfibrilación. Presentación de frecuencia cardíaca y alarmas configurables por el usuario. Dos velocidades de barrido como mínimo con control de amplitud, congelamiento y volumen.	
3	Cama de cuidados hospitalarios intensivos eléctrica de 2 movimientos. Altura ajustable para toda la cama, cabeza y pies, rieles laterales ajustables y botones electrónicos para operar la cama. De material metal. Medidas aproximadas Largo 2mts, Ancho 0,90mts, Alto 0,60mts.	
4	paneles de gases - 2 bocas de oxígeno y 2 bocas de aire comprimido con acople DISS. Accesorios: manómetros para aire comprimido, manómetros para oxígeno, caudalímetro para aire, caudalímetro para oxígeno, frascos de aspiración por Venturi.	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11		
12		
13		