

# ANEXO CONVOCATORIA

29/2020

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Especificaciones técnicas de los renglones N° 1 a 4 Termómetro infrarrojo sin contacto, con una resolución de 0,1°C. Rango de temperatura de 32°C a 42.9°C. Sensor es de alta precisión. En el rango de 35- 42°C error máximo establecido de $\pm 0,2^\circ\text{C}$ , y en el rango menor a 35°C y mayor a 42°C el error de $\pm 0,3^\circ\text{C}$ . Certificación u Homologación en ANMAT. Marcas y modelos orientativos : SINEBI , Contec TP500	
2	IDEM ESPECIFICACION RENGLON N°1	
3	IDEM ESPECIFICACION RENGLON N°1	
4	IDEM ESPECIFICACION RENGLON N°1	
5	Especificaciones técnicas de renglones N° 5 a 8: Termómetro axilar, clínico común, de contacto homologado. Modelo / Tipo: Termómetro de máxima Intervalo de medición: 32.0 °C a 43.9 °C Precisión de la medición: $\pm 0.1$ °C entre 34 °C y 42 °C Auto-test automático: Realiza una prueba automática interna a un valor de 37 °C. * Pantalla de registro: Pantalla de cristal líquido (LCD) de 3 cifras * Pila: 1.5 / 1.55 V; LR41- Punta flexible. Resultado de la medición: transcurridos de 60 segundos, 100% resistente al agua, Señal acústica, Memoria, Auto-test automático Paro automático Aprobado por ANMAT Tipo MicroLife MT1930 1931	
6	IDEM ESPECIFICACION RENGLON N°5	
7	IDEM ESPECIFICACION RENGLON N°5	
8	IDEM ESPECIFICACION RENGLON N°5	