

ANEXO CONVOCATORIA

247/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Micropipeta automática autoclavable de volumen variable 100-1000 µl con eyector de tips. Incremento de 1 µl . • Error en Precisión $<\pm 1\%$. - Exactitud $> 99,5\%$.	