


ANEXO CONVOCATORIA

153/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Descripción del equipamiento</p> <p>Equipo: Sistema portátil de registro de biopotenciales para el registro de electromiografía (EMG) y electroencefalografía (EEG) - <u>Sistema g.Hlamp RESEARCH 80 G.Tec</u></p> <p>Características: 80 canales de registro, frecuencia de muestreo máxima de 38,4 Khz por canal, módulo de 64 canales para registro de EEG mediante electrodos activos, - módulo de 64 canales para registro de EEG mediante electrodos pasivos, módulo adicional de 16 canales para registros mediante electrodos pasivos con cables conectores, gorra para registro de EEG con 64 electrodos activos, software para adquisición y procesamientos de las señales, certificaciones de FDA y CE como producto médico.</p>	 <p>Sistema g.Hlamp RESEARCH 80 G.Tec*</p>